



**INSTAND**

# ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 28.03.2025

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

## Virusgenom-Nachweis - Humanes Herpesvirus 8 (HHV-8) (406):

Gültigkeitsdauer 24 Monate:

HHV-8 (DNA) - qualitativ

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Kunde:  
10057644  
Kempf und Pfaltz histologische Diagn.  
Molekularpathologie  
Affolternstr. 56  
8050 Zürich

Düsseldorf, 25.04.2025

Prof. Dr. med. Michael Spannagl  
(Leiter der Referenzinstitution)



Dr. med. Martin Obermeier  
(Ringversuchsleiter)

# TEILNAHMEBESCHEINIGUNG

Ringversuch vom 28.03.2025

Sie haben an dem Ringversuch mit folgenden Untersuchungen teilgenommen

## Virusgenom-Nachweis - Humanes Herpesvirus 8 (HHV-8) (406):

HHV-8 (DNA) - quantitativ  
HHV-8 (DNA) - qualitativ

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Kunde:  
10057644  
Kempf und Pfaltz histologische Diagn.  
Molekularpathologie  
Affolternstr. 56  
8050 Zürich

Düsseldorf, 25.04.2025



Prof. Dr. med. Michael Spannagl  
(Leiter der Referenzinstitution)



Dr. med. Martin Obermeier  
(Ringversuchsleiter)

## Auflistung und Bewertung der Ergebnisse

10057644: Kempf und Pfaltz histologische Diagn.  
Molekularpathologie

**Ringversuch vom 28.03.2025**

**Ringversuchsleiter:** Dr. med. Martin Obermeier  
 MVZ medizinisches Infektiologiezentrum Berlin AG Tel.: +49 30-34409104-66  
 Oudenarder Strasse 16 Mail: obermeier@mvz-mib.de  
 13347 Berlin

406

### Virusgenom-Nachweis - Humanes Herpesvirus 8 (HHV-8)

#### HHV-8 (DNA) - quantitativ

Testname	Einheit	Methode	Hersteller		ZW-Art	Zielwert	Kriterien erfüllt
			PCR / NAT (395)	EIGENE HERSTELLUNG (ZX)			
Ergebnis (quant)	Probe 406A-250311	Ihr Wert	untere Grenze	obere Grenze	SW	0.000	-
	-01	4.50	0.000	0.000			
	-02	1.80	123342	12334210		1233421	-
	-03	2.50	99235	9923510		992351	-
	-04	4.50	30593	3059340		305934	-

#### HHV-8 (DNA) - qualitativ

Testname	Einheit	Methode	Hersteller		ZW-Art	Kriterien erfüllt		
			PCR / NAT (395)	EIGENE HERSTELLUNG (ZX)				
Ergebnis (qual)	Probe 406A-250311	Ihre Angabe(n)	Korrekte Angabe(n)		SW	+		
	-01	unterhalb Nachweigrenze/negativ (1)	unterhalb Nachweigrenze/negativ (1)					
	-02	positiv (3)	positiv (3)					
	-03	positiv (3)	positiv (3)					
	-04	positiv (3)	positiv (3)					

Ergänzende Erläuterungen zur Auswertung stehen im RV-Online System in der Spalte Bericht zum Download zur Verfügung.